

# BILIRRUBINA DIRETA VET

## MÉTODO:

DPD.

## FINALIDADE:

Teste fotométrico para determinação quantitativa da Bilirrubina Direta. Somente para uso diagnóstico IN VITRO.

## FUNDAMENTO:

O sal de diazônio estabilizado 3,5-dichlorophenyl-diazonium-tetrafluoroborate (DPD) se liga diretamente à bilirrubina direta (conjugada) em um meio ácido para produzir a quantidade de azobilirrubina correspondente. A absorbância da coloração obtida é lida em 546 nm e é diretamente proporcional a concentração de bilirrubina direta da amostra.

BILIRRUBINA + DPD → AZOBILIRRUBINA DIRETA

## SIGNIFICADO CLÍNICO:

O aumento da concentração sérica de bilirrubina (hiperbilirrubinemia) pode ser decorrente de três principais mecanismos patológicos. Eles incluem aumento da produção de bilirrubina (devido à destruição acelerada de eritrócitos), menor absorção ou conjugação de bilirrubina pelos hepatócitos e menor excreção de bilirrubina (colestase). O aumento da produção de bilirrubina deve-se mais frequentemente à doença hemolítica (hemólise extravascular ou intravascular), mas também pode ser decorrente de hemorragia interna intensa e subsequente destruição de eritrócitos no local da hemorragia.

## IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO:

Conservar entre 2 a 8°C.

## Reagentes:

**RGT1** – Ácido Clorídrico: Ácido clorídrico 170 mmol/L.

**RGT2** – Reagente de Cor: Ácido Sulfúrico <5%; 3,5-diclorofenil-diazônio-tetrafluoroborato 0,24 mmol/L.

## PREPARO DOS REAGENTES:

Os reagentes estão prontos para uso.

## ESTABILIDADE:

Os reagentes são estáveis até o vencimento da data de validade, mesmo depois de abertos, quando armazenados fechados entre 2 e 8°C, **na geladeira**. Os reagentes são estáveis por no mínimo 30 dias quando armazenados na bandeja de reagentes de **instrumentos automáticos**, entre 2-12°C. Proteger o **RGT2** da luz.

## TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado como descrito acima e em sua embalagem original.

## TRANSPORTE:

O transporte do kit deve ser feito pela rota mais direta evitando-se as chegadas nos finais de semana e feriados no local de destino. O kit não é afetado pelo transporte desde que seja entregue ao destinatário no período máximo de 07 dias e em uma temperatura de até 37°C.

## PRECAUÇÕES:

- Não ingerir ou aspirar os reagentes. Evitar contato com a pele e as mucosas.
- Manter no frasco original;
- Usar equipamentos de proteção necessários;
- Em caso de contato desta solução com a pele ou mucosa, lavar com bastante água e procurar um médico;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com bastante água por vários minutos. Remover lentes de contatos, se presentes e for fácil a retirada. Continuar a lavar.
- Todo o material contendo amostras de pacientes ou controles deve ser inativado por procedimentos validados (autoclavação ou tratamento químico).
- Para o descarte seguro dos reagentes sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.
- Os riscos residuais do kit, de acordo com critérios pré-determinados, são aceitáveis em comparação aos benefícios proporcionados pelo uso. A análise de risco foi realizada de acordo com a ISO 14971, relacionada à data final e levando em consideração a atual informação de registro.

## AMOSTRA BIOLÓGICA:

Soro, plasma (heparina). Evitar amostras hemolisadas e lipêmicas. As amostras devem ser protegidas da luz. Estabilidade: A bilirrubina é estável por 3 dias quando armazenada protegida da luz entre 2 e 8°C ou por 3 meses a -20°C.

## INTERFERÊNCIAS:

Triglicérides até 2500 mg/dL, Ácido Ascórbico até 20 mg/dL não interferem nos resultados. Amostras hemolisadas produzem resultados falsamente baixos, portanto não devem ser testadas.

## MATERIAIS NECESSÁRIOS E NÃO FORNECIDOS:

- Fotômetro UV/VIS
- Pipetas
- Cronômetro
- Banho-maria 37°C

## MÉTODO DE ANÁLISE:

### A- Leitura em espectrofotômetro:

Comprimento de onda: 546 nm (520-560 nm)  
Cubeta: 1 cm  
Temperatura: 25 ou 37°C  
Medida: Contra reagente branco.

### B. Esquema de Pipetagem:

Pipetar dentro das cubetas:		
	Reagente Branco	Amostra ou Calibrador
Amostra ou Calibrador	---	100 µL
Água deionizada	100 µL	---
RGT1	1000 µL	1000 µL
Homogeneizar cuidadosamente, incubar 2 a 5 minutos em 25°C ou 37°C		
Ler a absorbância A <sub>1</sub> .		
RGT2	250 µL	250 µL
Homogeneizar cuidadosamente, incubar por exatamente 5 minutos a 37°C ou por exatamente 10 minutos a 25°C. Ler a absorbância A <sub>2</sub> . ΔA = A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub> .		

### CÁLCULO:

$$\Delta A_{546\text{ nm}} = \Delta A_{S/CAL} - \Delta A_{RB}$$

$$C_{\text{Bilirrubina}} (\text{mg/dL}) = \Delta A_{\text{amostra}} \times F$$

$$F_{546\text{ nm}} = 33,7$$

$$F_{546\text{ nm}} = C_{\text{CAL}} / \Delta A_{\text{CAL}}$$

$$(\text{mg/dL}) \times 17,1 = (\mu\text{mol/L})$$

### VALORES DE REFERENCIA:

Espécie	mg/dL
Canina	0,06 – 0,12
Bovino	0,04 – 0,44
Equino	0 – 0,4

Esta faixa é fornecida apenas como orientação. Cada laboratório deve estabelecer seus próprios valores de referência.

### RASTREABILIDADE:

O método da Auto-Bilirrubin-D Liquicolor é rastreável ao material de referência SRM 909 B.

### LINEARIDADE:

A reação é linear até 9 mg/dL. Para amostras de bilirrubina com concentrações acima de 9 mg/dL, diluir a amostra 1 + 4 com salina fisiológica (0,9%) e repetir o teste. Multiplicar o resultado por 5.

### SENSIBILIDADE:

0,03 mg/dL

### CONTROLE DE QUALIDADE:

Todo soro controle contendo valores determinados para bilirrubina, por este método, pode ser empregado. Recomendamos o uso do Controle 1 VET e Controle 2 VET.

### REPETIBILIDADE:

N	Média (mg/dL)	DP (mg/dL)	% CV
30	0,83	0,036	4,30
30	1,58	0,05	3,14
30	8,12	0,161	1,98

### REPRODUTIBILIDADE:

N	Média (mg/dL)	DP (mg/dL)	% CV
30	0,83	0,041	5,01
30	1,58	0,056	3,51
30	8,12	0,217	2,67

### COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS:

O kit Bilirrubina Direta VET foi comparado contra um método comercialmente disponível. Soro controle e amostras de pacientes foram empregadas na comparação (N=55).

Regressão linear obtida:

$$r = 0,994$$

$$Y = 1,074x + 0,011$$

Os métodos mostraram uma boa concordância e nenhum desvio significativo foi observado em nenhuma das amostras.

### NOTAS:

- A bilirrubina é sensível a luz, as amostras devem ser mantidas no escuro.
- Os níveis de bilirrubina podem diminuir se a amostra for exposta a luz. Hemólise também diminui os valores de bilirrubina devido ao efeito inibidor da diazo reação.
- O teste pode ser feito com 50 µL de amostra ou CAL; neste caso a linearidade é reduzida para 25 mg/dL.
- O método diazo de bilirrubina direta detecta ao lado de bilirrubina conjugada outras frações de bilirrubina: B<sub>s</sub> e B<sub>u</sub>.
- As determinações de bilirrubina direta devem ser realizadas para concentrações de bilirrubina total >2 mg/dL. Devido a limitações metodológicas, poderão ser vistas concentrações incorretas de bilirrubina direta até 0,2 mg/dL.



**APRESENTAÇÃO DO KIT:**

Nº CAT	REAGENTE	VOLUME	Nº TESTES
218	RGT1 RGT2	1 x 50 mL 1 x 12,5 mL	50

**BIBLIOGRAFIA:**

1. Tietz N.W., Clinical guide to laboratory tests, Saunders Co.
2. Thomas L., Clinical Laboratory Diagnostics, TH-BOOKS (1998).
3. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária / Mary Anna Thrall ... [et. al.]; tradução Alexandre Barros Sobrinho ...[et. al.]. - [2. ed.] - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:** (11) 2345-6355

[sac@biobrasil.com.br](mailto:sac@biobrasil.com.br)

**SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS DO PRODUTO**

Data limite de utilização



Limite de temperatura (conservar a)



Número do Catálogo



Consultar Instrução de Uso



Número do lote



Produto Diagnóstico In Vitro



Data de Fabricação